

25 ספטמבר 2025

לכבוד:

משתתפי מכרז פ' 08/2025 לבחירת קבלן ממונה לעבודות ריהוט מעבדות לבניין NG

שלום רב,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה – הבהרה מספר 2

מספר שאלה	פרק	מס' סעיף במכרז	עמוד במכרז אשר אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובות
1	פרק כתב כמויות	סעיף 38,002,0020		פריט NG/016/2.2 במלל כתב הכמויות כתוב ארון מתכת במידות 400/43/196 ס"מ ובכמות רשום 4 יח' למה הכוונה האם יש 4 יח' של 100 ס"מ שנותנת אורך של 400 ס"מ או שיש טעות באורך? (פריט לא מופיע בתוכנית חדר)	מדובר ב-4 יח' של ארון מתכת באורך 100 ס"מ כ"א
2		סעיף 38,002,0060		פריט NG/016/3.3 מה המשטח לשולחן זה? ומה הכמות? ביח' מידה רשום "טון" ובכמות רשום 075 למה הכוונה?	הכוונה ל-0.75 טון פלדה מקצועית בפרופילציה ייעודית לביצוע המתקן המתואר בסעיף.
3	הגדרת כתב הכמויות	סעיף 38,005,0090		NG/001/3.6 בהגדרה בכתב הכמויות רשום שולחן "קונסולידורמטר מכני ומערכת משקולות" האם מלבד תאור מבנה השולחן פרופילים +60/60 משטח עליון פח בעובי 5 מ"מ יש עוד נתונים?	לא. משטח הפח פלדה, יודבק על לוח עץ דחוס CDF בעובי 12.4 מ"מ. זה רשום במפורש בתיאור הסעיף.
4	כתב כמויות	סעיף 38,007,0051		רשום בכתב הכמויות כולל משטף עיניים סעיף זה מתייחס לשלוחן חד צדדי נגיש. האם צרים משטף עיניים	כן
5		סעיפים +38,203,0020 38,204,0020		ארונית אחסנה בסעיפים הרצ"ב + NG/203/2,1 NG/204/2,1 פריטים במלל כתב הכמויות מצויין	מדובר בטעות סופר . לביצוע לפי סעיף 38.200.0040

	לביצוע קומפלט לפי סעיף 38,200,010 אך סעיף זה הינו סעיף של שולחן ולא ארון , נבקש לתאר יותר במדויק מה נדרש בארונות אלו.				
הסעיף מבוטל.	פריט NG/213/3.4 שולחן אופטי רשום להעברה וכמות 1 יח' לא ברור מה נדרש ?		סעיף 38,212,0090		6

בברכה,



אורטל אלטבה
מנהלת רכש ומכרזים